



# СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE  
OF MEASURING INSTRUMENTS



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:  
CERTIFICATE NUMBER:

13122

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:  
VALID TILL:

8 ноября 2021 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения Научно-технической комиссии по метрологии (№ 13-19 от 26.12.2019) утвержден тип средств измерений

**"Манометры грузопоршневые МП",**

изготовитель - **ООО "Альфапаскаль", г. Челябинск,  
Российская Федерация (RU),**

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером **РБ 03 04 7379 19** и допущен к применению в Республике Беларусь с 26 декабря 2019 г.

Описание типа средств измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Заместитель Председателя комитета



Д.П.Барташевич

26 декабря 2019 г.

Государственный комитет по  
стандартизации Республики  
Беларусь (Госстандарт)

## ПРОТОКОЛ

26.12.2019 №13-2019

г. Минск  
заседания Научно-технической  
комиссии по метрологии (НТК)

### 5.4 СЛУШАЛИ:

Червяковскую Н.Н. (БелГИМ) – о признании результатов государственных испытаний и утверждения типа "Манометры грузопоршневые МП", изготовитель – ООО "Альфапаскаль", г. Челябинск, Российская Федерация, согласно ПМГ 06-2001.

### РЕШИЛИ:

5.4.1 Признать результаты государственных испытаний и утверждения типа "Манометры грузопоршневые МП", проведенных ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, Российская Федерация.

5.4.2 Утвердить тип "Манометры грузопоршневые МП" и зарегистрировать его в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь.

5.4.3 Выдать ООО "Альфапаскаль", г. Челябинск, Российская Федерация, сертификат об утверждении типа со сроком действия до 08.11.2021.

5.4.4 Признавать результаты первичной поверки при выпуске из производства, проводимой ООО "Альфапаскаль", г. Челябинск, РФ (аттестат аккредитации - №RA.RU.312490, шифр поверительного клейма-ДНЭ).

5.4.5 Метрологически НЕ обеспечены из-за отсутствия эталонного оборудования:  
- исполнения класса точности 0,005 во всех диапазонах измерения избыточного давления;

- исполнения с рабочей средой – вода во всех диапазонах измерения избыточного давления и всех классов точности;

- исполнения с диапазоном измерения избыточного давления свыше 100 МПа классов точности 0,01; 0,02.

5.4.6 Временно, до создания собственной эталонной базы, признавать результаты периодической поверки метрологически необеспеченных исполнений вышеуказанных СИ, проводимой ООО "Альфапаскаль", г. Челябинск, РФ (аттестат аккредитации - №RA.RU.312490, шифр поверительного клейма-ДНЭ).

5.4.7 Поверку для Республики Беларусь проводить по МП АП-01-2016 "Манометры грузопоршневые МП и МПП. Методика поверки", утвержденной в 2016 г.

### 5.4.8 Установить:

– межповерочный интервал – не более 24 месяца;

– межповерочный интервал в СЗМ в Республике Беларусь – не более 24 месяцев.

Председатель

Д.П. Барташевич

Секретарь

Е.В. Нестерович

ВЕРНО

*Нестерович*



26.12.2019