ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ И(ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИЙ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАПАСКАЛЬ"

наименование

RA.RU.312490

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. **454047, РОССИЯ, Челябинская область, город Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 36, корпус № 1, помещения 47, 48, 50, 51, 52, 60.**

адреса мест осуществления деятельности

454047, РОССИЯ, Челябинская область, город Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 36, корпус № 1, помещения 47, 48, 50, 51, 52, 60.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2. Поверка средств измерений (ДНЭ)					
2.1.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Манометры грузопоршневые абсолютного давления;	(0,00027 – 10) МПа	Погрешность: КТ (0,01 – 0,025);	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.2.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Калибраторы абсолютного давления, манометры цифровые абсолютного давления, манометры абсолютного давления, модули абсолютного давления	(0 –100) МПа;	Погрешность: КТ (0,01 – 4);	-
		Преобразователи измерительные абсолютного давления, датчики абсолютного давления;	(0 –100) МПа; (0 - 20) мА; (0 - 10) В	КТ (0,01 – 4);	
2.3.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Барометры	(0,5 – 280) кПа;	Погрешность: ПГ ± (20 – 200) Па;	-
		Термогигрометры, приборы комбинированные, средства измерений контроля параметров воздушной среды;	(30 - 120) кПа	ПГ ± 200 Па;	

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.4.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Манометры грузопоршневые избыточного давления;	(0 – 100) МПа;	Погрешность: КТ (0,005 – 0,01);	-
		Калибраторы избыточного давления, манометры цифровые избыточного давления, модули избыточного давления;	(0 – 100) МПа;	КТ (0,008 - 0,01);	
		Датчики избыточного давления, преобразователи измерительные избыточного давления;	(0 – 100) МПа; (0 - 20) мА; (0 - 10) В	КТ (0,008 - 0,01);	
2.5.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Манометры грузопоршневые разности давлений;	(0,7 – 100) кПа;	Погрешность: КТ (0,01 – 0,025);	-
		Микроманометры;	(0 – 40) кПа;	КТ (0,01 – 1);	
		Задатчики разности давлений, калибраторы разности давлений, манометры цифровые разности	(0 – 100) кПа;	КТ (0,01 – 7,5);	

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
		давлений, модули разности давлений, манометры дифференциальные;			
		Преобразователи измерительные разности давлений, датчики разности давлений;	(0 – 100) кПа; (0 - 20) мА; (0 - 10) В;	КТ (0,01 – 7,5);	
		Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры;	(0 – 100) кПа	КТ (0,4 – 4);	
2.6.	Теплофизические и температурные измерения;	Термогигрометры, приборы комбинированные, средства измерений контроля параметров воздушной среды;	Температура [(-75) – 180] °С; Относительная влажность воздуха (5 – 95) %	Погрешность: Температура ПГ ± (0,04 – 2,5) °С; Относительная влажность воздуха ПГ ± (2,5 – 25) %;	-
2.7.	Теплофизические и температурные измерения;	Калибраторы температуры, термостаты;	[(-80) – 450] °С; (450 – 660) °С; (660 – 1084,62) °С	Погрешность: ПГ ± (0,04 – 5) °С; ПГ ± (0,02 – 5) °С; ПГ ± (0,2 – 5) °С;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.8.	Теплофизические и температурные измерения;	Термометры, термометры цифровые, термометры биметаллические и манометрические; Термопреобразователи, в том числе с унифицированными выходными сигналами;	[(-75) – 300] °С; (300 – 850) °С; [(-75) – 300] °С; (300 – 850) °С; (0 - 20) мА; (0 - 10) В	Погрешность: ПГ ± (0,04 – 5) °С; ПГ ± (0,1 – 5) °С; ПГ ± (0,04 – 5) °С; ПГ ± (0,1 – 5) °С;	-
2.9.	Теплофизические и температурные измерения;	Измерители температуры поверхностные;	[(-75) – 300] °С; (300 – 600) ºС	Погрешность: ПГ ± (0,05 – 15) ºС; ПГ ± (4 – 15) ºС;	-
2.10.	Теплофизические и температурные измерения;	Термометры сопротивления; Комплекты термометров сопротивления;	[(-75) – 660] ºС; [(-196) – 660] ºС; Δt (0 - 180) ºС	Погрешность: ПГ ± (0,04 – 5) ºС; ПГ ± (0,5 – 15) ºС ; КД АА, КД А, КД В, КД С; Δt ПГ ± (0,05 – 5) ºС;	-

Главный метролог | Подписано электронной подписью | С.В. Рогов

должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | инициалы, фамилия уполномоченного лица